

上饶市广丰区财政局文件

广财购字〔2025〕5号

上饶市广丰区财政局关于上饶市广丰区血吸虫病防治站彩超设备采购项目（项目编号：JXTC2025140020）投诉处理决定书

一、相关当事人名称

投诉人：江西创飞贸易有限公司

法定代表人：付兰娇

地址：江西省吉安市永丰县恩江镇流源排农资大市场8栋2层215号

被投诉人：江西省机电设备招标有限公司

地址：上饶市凤凰西大道7号万嘉商务中心11楼（上饶分公司）

相关当事人1：上饶市广丰区血吸虫病防治站

地址：上饶市广丰区永丰街道郑宅弄路与园丁路交汇处
龙华一品南侧

相关当事人 2：江西肖七医疗器械有限公司

地址：江西省吉安市吉州区华美立家家居建材广场 45
栋 3 层 28 号

二、基本情况

“上饶市广丰区血吸虫病防治站彩超设备采购项目”
(项目编号：JXTC2025140020) 于 2025 年 3 月 20 日发布公开招标采购公告，2025 年 4 月 16 日结果公示由江西肖七医疗器械有限公司中标，合同尚未签订。2025 年 4 月 19 日投诉人对中标结果提出质疑，被投诉人于 2025 年 4 月 27 日予以书面答复，因对被投诉人的质疑答复不满意，投诉人遂向本机关提出投诉。

本机关于 2025 年 5 月 7 日依法受理了投诉人对本项目的投诉书，并对本项目招标文件、投诉书和投诉答复等相关材料进行全面审查。本投诉事项现已审查终结。

三、投诉事项及被投诉人答复

投诉事项一：中标供应商所提供的设备不满足本项目技术需求 11.具备线阵及凸阵扩展成像，属于虚假应标。质疑回复函中未找到证明图片，现提出诉求补充提供该证明图片。

投诉事项二：中标供应商所提供的设备无法完全满足该项目基本参数中 15.弹性成像技术、16.造影成像技术。质疑回复函中未找到该产品技术白皮书截图，现提出诉求补充提供该型号技术白皮书截图。

被投诉人、相关当事人1答复称：已于2025年5月16日邀请主管部门上饶市广丰区卫生健康委员会业务股室负责人及专家至上饶市广丰区下溪卫生院对同品牌同型号的彩超设备进行投诉事项调查取证。经专家现场核验上饶市广丰区下溪卫生院同品牌同型号的彩超设备符合上饶市广丰区血吸虫病防治站彩超设备采购项目的招标文件中技术参数。

相关当事人2答复称：我单位于2025年4月24日提交给江西省机电设备招标有限公司的答疑文件中已附有相关证明证据等材料。通过之前的答疑文件已证明我公司所投产品具有招标文件要求的技术。

四、调查情况

本机关对投诉书和投诉答复、中标供应商的投标文件等相关材料进行全面审查，确认以下事实：

1、中标供应商投标文件中的开标一览明细表显示其响应产品为彩色多普勒超声诊断仪、深圳市理邦精密仪器股份有限公司、AcclarixLX55；

2、中标供应商投标文件中的技术需求响应/偏离表已就采购需求中 11. 具备线阵及凸阵拓展成像、15. 弹性成像技术、16. 造影成像技术作无偏离响应；

3、采购人、代理机构反馈同产品型号的调查结论为符合招标文件的全部采购需求；

4、中标人提供的彩页显示，AcclarixLX55 型号产品具备 15. 弹性成像技术、16. 造影成像技术，并加盖了深圳市理邦

精密仪器股份有限公司鲜章；提供了产品实物图片显示了线阵及凸阵拓展成像，图片未显示型号。

五、处理依据

（一）投诉事项一

现查明，中标供应商所投产品为深圳市理邦精密仪器股份有限公司制造的 AcclarixLX55 型号彩色多普勒超声诊断仪。根据采购人就同品牌、同型号的产品对实物开展调查的结论，该型号产品符合招标文件采购需求中的 11.具备线阵及凸阵拓展成像。该投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立。

（二）投诉事项二

现查明，中标供应商所投产品为深圳市理邦精密仪器股份有限公司制造的 AcclarixLX55 型号彩色多普勒超声诊断仪。根据采购人就同品牌、同型号的产品对实物开展调查的结论以及深圳市理邦精密仪器股份有限公司加盖鲜章的彩页显示，该型号产品符合招标文件采购需求中的 15.弹性成像技术、16.造影成像技术。该投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立。

六、处理决定

综上所述，本机关作出决定如下：

根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第二十九条第（二）项的规定，投诉事项一、二缺乏事实依据，驳回投诉。

投诉人如对本决定不服，可在收到决定书之日起 60 日内提起行政复议，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内提

起行政诉讼。





上饶市广丰区财政局办公室

2025年6月10日印发