

宜春市袁州区财政局文件

袁财购诉字〔2025〕4号

政府采购投诉处理决定书

一、项目编号：大业-YZ2024-005-1

二、项目名称：宜春市第二人民医院电子胃肠镜系统采购项目（第一包）

三、相关当事人

投诉人：江西南华医疗器械有限公司

通讯地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏西大街118号
倒班楼3楼302室

被投诉人：宜春大业招标咨询有限公司

通讯地址：宜春市袁州区红林世界城1栋15楼1513室

相关供应商：南昌酷华医疗器械有限公司

通讯地址：南昌市青云谱区洪都南大道 237 号凯旋国际大厦
(一期) 写字楼 8 楼 802 室

四、基本情况

被投诉人宜春大业招标咨询有限公司受宜春市第二人民医院的委托，于 2024 年 12 月 26 日就宜春市第二人民医院电子胃肠镜系统采购项目（第一包）（采购编号：大业-YZ2024-005-1）在江西省公共资源交易平台网站发布电子化公开招标公告，采购方式为公开招标，预算金额为 205 万元，最高限价 199 万元；2025 年 1 月 17 日发布中标结果公告，中标供应商为南昌酷华医疗器械有限公司，中标（成交）金额 98 万元；2025 年 2 月 14 日签订采购合同并发布合同公示。

上述采购活动期间，投诉人于 2025 年 1 月 21 日就采购结果向被投诉人提出质疑，被投诉人于 2025 年 2 月 7 日对质疑事项进行了回复，后投诉人对被投诉人质疑答复不满意，于 2025 年 2 月 14 日通过邮寄向本机关提起投诉，本机关于 2 月 17 日收到邮寄的投诉材料，经审查依法受理，审查中发现投诉事项可能影响中标（成交）结果，向采购人下达暂停采购活动通知书。现已审查结束。

五、投诉事项及被投诉人答复

投诉事项 1：中标供应商南昌酷华医疗器械有限公司中标品牌英美达，规格型号 iPS-8100max、iLS-8100、GS810、CS810，

招标文件第四部分采购需求技术参数要求 3.9 能实现 VIST、NBI、DSI、MSI、STI、SFI 中的一种特殊光成像功能；英美达 iPS-8100max 的特殊光染色模式为 VSI、NSI，无法满足该参数，属于虚假响应。

投诉事项 2：招标文件第五部分评审标准图像处理器技术先进性 1（5 分）1.1 高清图像处理系统，高清视频信号输出视频分辨率 $\geq 1920*1080$ ，且图像处理系统预留可通过弹簧线连接镜体接口；满足得 5 分，不满足不得分，本项最高得 5 分。英美达 iPS-8100max 系统图像处理器只预留 USB 接口，无法满足该条加分项，为虚假响应。

投诉事项 3：招标文件第五部分评审标准图像处理器技术先进性 4（10 分）1.16 可直接接配常规检查及治疗电子胃肠镜的基础上可直接接配环扫超声电子上消化道内窥镜，满足得 5 分，还可直接接配扇扫超声电子上消化道内窥镜，满足得 10 分；本项最高得 10 分。英美达未取得超声电子上消化道内窥镜注册证，无法满足该条加分项，为虚假响应。

投诉事项 4：招标文件第五部分评审标准冷光源技术先进性（10 分）2.6 具有透光功能且能拓展连接同品牌外科腔镜平台实现双镜联合对胃肠镜病进行诊治；满足得 10 分，不满足不得分，本项最高得 10 分。英美达现无外科腔镜产品，只是为以后预留，无法满足该条加分项，为虚假响应。

投诉事项 5: 招标文件第五部分评审标准电子胃镜技术先进性（10 分）3.9 能实现 VIST、NBI、DSI、MSI、STI、SFI 中的两种特殊光成像功能；满足得 10 分，不满足不得分，本项最高得 10 分。英美达 iPS-8100max 的特殊光染色模式为 VSI、NSI，无法满足该条加分项，为虚假响应。

投诉请求: 维护采购当事人合法权益，处以该单位中标无效。

相关供应商答复称:

关于投诉事项 1: 所投产品英美达 iPS-8100max 特殊光成像功能为 NSI、VSI，其 NSI 原理和 NBI、VIST、DSI、STI 原理类似，临床功能相同，VSI 原理和 SFI、MSI 原理类似，功能相同，因知识产权差异，各品牌胃肠镜特殊成像功能描述和名词不同，但临床功能相同，且英美达特殊光染色功成像性能优于 MSI、STI 等品牌染色功能，完全满足招标文件要求。

关于投诉事项 2: 图像处理器的弹簧接口作用是连接光源和主机的信号传输，随着光电数字技术发展，各大品牌胃肠镜大多采用数字信号输出。所投产品英美达 iPS-8100max 采用数字信号无线输出，所有镜体都是无线数字信息传输，无需图像处理器预留弹簧接口。所投产品技术先进性明显优于采购加分条件，属于正偏离，完全响应。

关于投诉事项 3: 英美达有多款超声诊断设备，英美达 iPS-8100max 可接配上消化道内窥镜。英美达 iPS-8100max 上消化道

胃镜最小钳道孔直径 3.2mm，英美达超声诊断设备 IMP-8807 扫描方式为环扫，探头直径 1.4mm，通过完全没问题，不存在不适配。

关于投诉事项 4：经同厂家技术人员确认，英美达 iPS-8100 max 预留了可拓展链接外科腔镜平台的技术接口，并配备了功能技术方案。英美达同品牌外科腔镜平台正在研发计划当中，符合招标文件要求。采购文件要求具备能拓展链接功能，并不是要求投标当时能满足该功能。

关于投诉事项 5：所投产品英美达 iPS-8100max 特殊光成像功能为 NSI、VSI，NSI 原理和 NBI、VIST、DSI、STI 原理类似，临床功能相同，VSI 原理和 SFI、MSI 原理类似，功能相同，因知识产权差异，各品牌胃肠镜特殊成像功能描述和名词不同，但临床功能相同，且英美达特殊光染色功能成像性能优于 MSI、STI 等品牌染色功能，完全满足招标文件要求。

六、事实查明与认定

经调查、组织相关专家论证，本机关认为：

关于投诉事项 1：中标产品英美达 iPS-8100max 特殊光成像功能为 VSI、NSI，其功能原理与该项目招标文件技术参数要求能实现 VIST、NBI、DSI、MSI、STI、SFI 的特殊光成像功能基本相似。该项目招标文件技术参数要求是能实现 VIST、NBI、DSI、MSI、STI、SFI 中的一种特殊光成像功能，中标产品 VSI、

NSI 成像功能相似但不符合该技术参数要求，未实质性响应。该投诉事项成立。

关于投诉事项 2：该项目招标文件评审标准中“图像处理器技术先进性 1”要求图像处理系统预留可通过弹簧线连接镜体接口，中标产品英美达 iPS-8100max 采用无线数字信息传输，无预留弹簧线接口，不符合该条评审标准要求，未实质性响应。该投诉事项成立。

关于投诉事项 3：该项目招标文件评审标准中“图像处理器技术先进性 4”要求可直接接配环扫超声电子内镜，中标产品英美达 iPS-8100max 上消化道胃镜最小钳道孔直径 3.2 mm，英美达超声诊断设备 IMP-8807 扫描方式为环扫，探头直径 1.4mm，不存在不适配情形，并提供了超声诊断设备医疗器械注册证。该投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立。

关于投诉事项 4：该项目招标文件评审标准中“冷光源技术先进性”要求能拓展连接同品牌外科腔镜平台实现双镜联合对胃肠镜进行诊治，而英美达同品牌外科腔镜平台正在研发计划当中，不符合该条评审因素要求，未实质性响应。该投诉事项成立。

关于投诉事项 5：该项目招标文件评审标准中电子胃镜技术先进性“能实现 VIST、NBI、DSI、MSI、STI、SFI 中的两种特殊光成像功能”，中标产品的 VSI、NSI 功能相似但不符合该条评审标准要求，未实质性响应。该投诉事项成立。

经核查招标文件、中标供应商投标文件、评标报告等相关材料，中标供应商按招标文件要求提供产品参数确认函，评标委员会根据采购文件的评审依据“投标人投标文件中提供技术参数确认函或产品彩页或说明书等证明文件复印件并加盖制造商公章”给予评分，符合客观、公正评审原则。招标文件中提出了相关技术参数要求，中标供应商对此作出正偏离响应，但中标产品实质未能满足相关技术参数要求。虽然中标产品在功能上与招标文件采购需求要求的功能基本相似，但实质上未能满足相关技术参数要求，中标产品未实质性响应。鉴于中标供应商所投产品相关功能与招标文件采购参数功能基本相符，未实质性响应主要是由于产品技术参数功能差异以及供应商对招标文件理解等原因造成，中标产品未实质响应但不构成虚假材料谋取中标的情形。

七、处理决定

综上，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第二十九条第一款第（二）项、第三十二条第一款第（三）项规定，本机关决定如下：投诉人投诉事项3缺乏事实依据，投诉事项不成立，驳回投诉，投诉事项1、2、4、5成立。鉴于该项目政府采购合同已经签订但尚未履行，认定成立的投诉事项影响采购结果，中标（成交）结果无效，撤销合同，责令重新开展采购活动。

如对上述处理决定不服，当事人可在收到本决定书起 60 日内依法向袁州区人民政府申请行政复议或者六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。



宜春市袁州区财政局办公室

2025 年 3 月 10 日印发