

德安县财政局

政府采购投诉处理决定书

项目编号：JJZCFC2024-HG001

项目名称：德安县中医院医用磁共振设备采购项目

一、相关当事人情况

投诉人：江西众合医疗器械有限公司

地址：江西省九江市柴桑区柳林路杨家门安置房 10 号
门面

法定代表人：屈观文 联系电话：18970216430

授权代表：张国其 联系电话：15879233679

被投诉人 1：德安县中医院

地址：九江市德安县义峰路 383 号

联系电话：13879271133

被投诉人 2：九江市风采招标咨询有限公司

地址：九江市德安县隆平大道幸福里小区旁侧路

联系电话：15170251483

二、基本情况

投诉人针对德安县中医院医用磁共振设备采购项目（项目编号：JJZCFC2024-HG001）的质疑答复不满，于 2024 年 5 月 22 日向本机关提起投诉，经审查，根据《政府采购质疑

和投诉办法》（财政部令第94号）第二十一条规定，本机关于2024年5月23日给江西众合医疗器械有限公司下达了投诉修改补正通知书，投诉人于2024年5月28日重新提起投诉，本机关已经依法受理。

投诉事项：该采购项目技术参数及评分标准具有倾向性和排他性。

事实依据：接到我公司质疑后招标公司对招标文件进行了部分修改，针对我司提出的有异议招标条款，并未全部修正、修改后参数仍具有排他性。

三、处理依据及结果

依据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）第二十三条 财政部门处理投诉事项原则上采用书面审查的方式进行审查。现已审结。

审查结论：

经核查，采购代理机构已于2024年5月8日发布项目变更信息：删除了“基本参数：2.12 净磁体内孔径： $\geq 90\text{cm}$ ”，并对其他投诉事项中部分基本参数及加分项进行修改。经调查，通用电气、飞利浦、西门子、东软等品牌同类产品均可满足该采购项目技术参数；加分项：通用电气、西门子、东软等品牌均可满足；满足投诉事项的品牌及制造商均不少于三家。依据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条（一），对招标文件作实质响应的供应商不少于三家，故符合政府采购法律法规，未指向特定供应商。

依据中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》第二十九条 投诉处理过程中，有下列情形之一的，财政部门应当驳回投诉：（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立。

综上所述，本机关决定：**投诉事项不成立，驳回江西众合医疗器械有限公司的投诉。**

四、权利告知

如不服本决定，可在收到本决定书之日起 60 天内向德安县人民政府申请行政复议，或者在收到本决定书之日起 6 个月内向项目所在地人民法院提起行政诉讼。

德安县财政局

二〇二四年六月十一日

